

GIẤY PHÉP
Tiến hành công việc bức xạ
(Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế)

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;

Căn cứ Quyết định số 50/2025/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 3327/QĐ-UBND ngày 18/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế và cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Xét đơn và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ số của Công ty TNHH được phẩm Thành Đông tiếp nhận ngày 28/10/2025, mã hồ sơ: H24.6-251028-15421;

Xét đề nghị của Phòng Hạ tầng số và Quản lý công nghệ;

CHO PHÉP

Công ty TNHH được phẩm Thành Đông

Địa chỉ: Thôn Dinh Trại Như, xã Thượng Hồng, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0965.744.833

Được phép: Sử dụng 01 (một) thiết bị X-quang chẩn đoán y tế có các đặc trưng nêu tại phần kèm theo của Giấy phép này để chụp chẩn đoán bệnh.

Trong quá trình tiến hành công việc bức xạ, tổ chức, cá nhân được cấp phép phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn bức xạ và các điều kiện của Giấy phép.

Giấy phép này có giá trị 03 năm kể từ ngày ký /

Nơi nhận:

- Cơ sở được cấp phép;
- PGD P.H.Thăng;
- Sở Y tế;
- Lưu: VT, HTS&CN




Đinh Công Lĩnh
Phạm Văn Thép

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐỊNH CÔNG LƯỜNG
CHÚNG MINH SẴN ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Ngày: 11-11-2025

Số chứng thực: 3834 Quyền số: 02 SCT/BS





CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA GIẤY PHÉP

(Kèm theo Giấy phép số 242/GP-SKHCN ngày 31 tháng 10 năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng)

Chỉ được sử dụng thiết bị X-quang y tế có các đặc trưng nêu tại phần kèm theo của Giấy phép này.

2. Trường hợp tiếp tục tiến hành công việc bức xạ sau thời hạn ghi trong Giấy phép này, phải làm thủ tục đề nghị gia hạn *trước khi Giấy phép hết hạn ít nhất 45 ngày*.

3. Trường hợp chuyển nhượng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế cho tổ chức, cá nhân khác phải báo cáo cho Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng.

4. Trường hợp xảy ra sự cố bức xạ, phải thông báo khẩn cấp cho các cơ quan liên quan và:

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: số 01 Phạm Ngũ Lão, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3846475

Fax: 0225.3845183

5. Không được sử dụng thiết bị X-quang tại các địa điểm khác với quy định trong Giấy phép này.

6. Thực hiện Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ dân chúng.

7. Tổ chức thực hiện Thông tư số 12/2023/TT-BKHCN ngày 30/6/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

8. Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế; Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không thực hiện đầy đủ các quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế.

9. Nếu có bất kỳ thay đổi nào so với bộ hồ sơ đề nghị cấp phép, phải thông báo bằng văn bản tới Sở Khoa học và Công nghệ để cập nhật.

10. Nếu dự định không tiếp tục sử dụng thiết bị X-quang nữa, phải báo Sở Khoa học và Công nghệ.

11. Định kỳ hàng năm lập và gửi báo cáo thực trạng tiến hành công việc bức xạ tại cơ sở về Sở Khoa học và Công nghệ và cơ quan cấp trên trực tiếp trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.



CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP
 (Kèm theo Giấy phép số 242/GP-SKHCN ngày 31 tháng 10 năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng)

STT	Tên thiết bị	Mã hiệu, số Sêri	Hãng SX, Nơi SX, Năm SX	Thông số làm việc cực đại		Mục đích sử dụng, Địa điểm sử dụng	Các bộ phận của thiết bị			
				U _{max} (kV _{max})	I _{max} (mA _{max})		Tên bộ phận	Hãng SX	Mã hiệu	Số series
1	Thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế	Model: XVISION-525 Sêri: XV5252PF0604	GEMSS HEALTHCARE, Hàn Quốc, 2025	125	500	Chụp chẩn đoán tổng hợp (cố định), Phòng 109 chụp X – quang KTS - Phòng khám đa khoa Bình Minh - thôn Lý Đồ, xã Bình Giang, thành phố Hải Phòng - Công ty TNHH dược phẩm Thành Đông - Thôn Dinh Trại Như, xã Thượng Hồng, thành phố Hải Phòng	Bàn điều khiển	POSKOM, Hàn Quốc, 2025	CP-501T-B	2501145
							Đầu bóng phát tia X	Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd, Nhật Bản, 2025	E7239X	25A1174